Jährliche Wartung der Absauganlage
Tyscor VS 2 Plus / VS 4

DÜRR DENTAL
DAS BESTE HAT SYSTEM

SN:

Datum der Installation:



7128-100-03E
Rückschlagventil



0705-991-05
Bakterien-Abluftfilter
[falls vorhanden, alle 24 Monate]



Austauschdatum

Regelmäßige Reinigung



7133-102-00
Filter komplett



MD 555 und
Orotol plus basic-set



Siehe Video

Service Kit Finder

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17 | 74321 Bietigheim-Bissingen | Germany
www.duerrdental.com | info@duerrdental.com

P007100300L01/T07 Technische Änderungen vorbehalten

Yearly suction maintenance
Tyscor VS 2 Plus / VS 4

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

SN:

Date of installation:

Date of replacement



7128-100-03E
Drain valve



0705-991-05
Exhaust bacteria filter
[If equipped, every 24 months]



Regular cleaning



7133-102-00
Filter complete



MD 555 and
Orotol plus basic-set



View video

Service Kit Finder